

OPIS TESTU SKUTECZNOŚCI ZAMGŁAWIACZA FIRMY HEBE.

Badania w Laboratorium Medycznym Synevo:

Przed zamgławianiem: Nr dzienny: 564 z dnia 17-04-2020

Nr dzienny: 562 z dnia 17-04-2020

Po zamgławianiu: Nr dzienny: 561 z dnia 17-04-2020

Nr dzienny: 563 z dnia 17-04-2020

Urządzenie:

Zamgławiacz HEBE środka dezynfekcyjnego „BIOSANITIZER H₂O₂” model „ZAM1”

Opis testu:

Przed sterylizacją pomieszczenia zostały pobrane 2 próbki do badań. Następnie zgodnie z instrukcją obsługi i menu urządzenia zostały nastawione parametry oraz zasobnik z płynem dezynfekcyjnym „BIOSANITIZER H₂O₂”. Po zakończeniu zamgławiania zostały ponownie pobrane próbki do badań.

Wnioski:

Przed sterylizacją pomieszczenia badania nr dzienny 562 17-04-2020 wykazały w jednej z próbek „Staphylococcus epidermidis”. Po zamgławianiu wszystkie próbki uzyskały wynik „ujemny” (Po 48h inkubacji nie wyhodowano drobnoustrojów tlenowych). Potwierdza to skuteczność testowanego sprzętu.

PIELĘGNIARKA
EPIDEMIOLOGICZNA
Irena Piorkowska